

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位
							(男)	(女)	
TP	臨床化学	茶SP	血清最低 500 μL	1 ～ 2 日 、 平 日 1 5 時 ま で に 到 着 分 は 当 日 報 告		ビウレット法	6.6-8.1	6.6-8.1	g/dL
Alb	臨床化学	茶SP				改良BCP法	4.1-5.1	4.1-5.1	g/dL
A/G	臨床化学	茶SP				計算式	1.32-2.23	1.32-2.23	*
CRP定量	臨床化学	茶SP				ラテックス凝集比濁法	0.00-0.14	0.00-0.14	mg/dL
UN	臨床化学	茶SP				GLDH/ICDH消去法	8-20	8-20	mg/dL
Cr	臨床化学	茶SP				酵素法	0.65-1.07	0.46-0.79	mg/dL
Cr 負荷	臨床化学	茶SP				酵素法	*	*	mg/dL
eGFR	臨床化学	茶SP				計算式	≥90	≥90	ml/min /1.73m ²
UA	臨床化学	茶SP				ウリカーゼPOD法	3.7-7.8	2.6-5.5	mg/dL
Na/K/Cl	臨床化学	茶SP				ISE法	*	*	*
Na	臨床化学	茶SP				ISE法	138-145	138-145	mmol/L
K	臨床化学	茶SP				ISE法	3.6-4.8	3.6-4.8	mmol/L
Cl	臨床化学	茶SP				ISE法	101-108	101-108	mmol/L
Ca	臨床化学	茶SP				酵素法	8.8-10.1	8.8-10.1	mg/dL
Ca補正值	臨床化学	茶SP				計算式	*	*	mg/dL
IP	臨床化学	茶SP				酵素法	2.7-4.6	2.7-4.6	mg/dL
IP 負荷	臨床化学	茶SP				酵素法	*	*	mg/dL
Mg	臨床化学	茶SP				酵素法	1.8-2.4	1.8-2.4	mg/dL
Fe	臨床化学	茶SP				ニトロソPSAP直接法	40-188	40-188	μg/dL
UIBC	臨床化学	茶SP				ニトロソPSAP直接法	170-250	180-270	μg/dL
TIBC	臨床化学	茶SP				ニトロソPSAP直接法	253-365	246-410	μg/dL
T-Bil	臨床化学	茶SP				酵素法(BOD)	0.4-1.5	0.4-1.5	mg/dL
D-Bil	臨床化学	茶SP				酵素法(BOD)	≤0.2	≤0.2	mg/dL
TC	臨床化学	茶SP				コレステロール酸化酵素法	142-248	142-248	mg/dL
TG	臨床化学	茶SP				FG消去酵素法	40-234	30-117	mg/dL
HDL-C	臨床化学	茶SP				選択的抑制法	38-90	48-103	mg/dL
LDL-C	臨床化学	茶SP				選択的可溶化法	65-163	65-163	mg/dL
AST(GOT)	臨床化学	茶SP				JSCC標準化対応法	13-30	13-30	U/L
ALT(GPT)	臨床化学	茶SP				JSCC標準化対応法	10-42	7-23	U/L
LD-IFCC	臨床化学	茶SP				IFCC法	124-222	124-222	U/L
ALP-IFCC	臨床化学	茶SP				IFCC法	38-113	38-113	U/L
γ-GTP	臨床化学	茶SP				JSCC標準化対応法	13-64	9-32	U/L
ChE	臨床化学	茶SP				JSCC標準化対応法	240-486	201-421	U/L
CK	臨床化学	茶SP				JSCC標準化対応法	59-248	41-153	U/L
Amy	臨床化学	茶SP				JSCC標準化対応法	44-132	44-132	U/L
Glu	臨床化学	茶SP				酵素法	73-109	73-109	mg/dL

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位
							(男)	(女)	
血糖 負荷	臨床化学	灰FH	全血最低 1mL	着11 分5 は時2 当ま日 日で、 報に平 告到日		酵素法	*	*	mg/dL
Glu(NAF採 血)	臨床化学	灰FH				酵素法	73-109	73-109	mg/dL
HbA1c(NG SP)	臨床化学	長灰FN				HPLC法	4.9-6.0	4.9-6.0	%
HbF	臨床化学	長灰FN				HPLC法	≤1	≤1	%
NT-proBN P	臨床化学	茶SP	血清最低 500 μL	1 2 日		ECLIA法	≤125	≤125	pg/mL
プロカルシトニ ン	臨床化学	茶SP				ECLIA法	≤0.046	≤0.046	ng/mL
フェリチン	臨床化学	茶SP				ECLIA法	39.90-465	6.23-138 閉経前の女性の 測定分布値	ng/mL
CYFRA	臨床化学	茶SP★				ECLIA法	≤3.5	≤3.5	ng/mL
PSA(PA)	臨床化学	茶SP				ECLIA法	≤4	*	ng/mL
高感度 TSH	臨床化学	茶SP				ECLIA法	0.61-4.23	0.61-4.23	mIU/L
高感度 TSH負荷	臨床化学	茶SP				ECLIA法	*	*	mIU/L
FT4	臨床化学	茶SP				ECLIA法	0.90-1.70	0.90-1.70	ng/dL
FT3	臨床化学	茶SP				ECLIA法	2.3-4.0	2.3-4.0	pg/mL
インスリン	臨床化学	茶SP				ECLIA法	<15	<15	μU/mL
インスリン 負荷	臨床化学	茶SP				ECLIA法	*	*	μU/mL
コルチゾール	臨床化学	茶SP				ECLIA法	午前6時～10時 7.07～19.6 午後4時～8時 2.96～9.77	午前6時～10時 7.07～19.6 午後4時～8時 2.96～9.77	μg/dL
コルチゾール 日内	臨床化学	茶SP				ECLIA法	*	*	μg/dL
コルチゾール 負荷	臨床化学	茶SP				ECLIA法	*	*	μg/dL
IgE	臨床化学	茶SP				ECLIA法	≤232	≤232	IU/mL
ビタミンB12	臨床化学	茶SP	全血規定量 5mL	1 2 日		ECLIA法	197-771	197-771	pg/mL
葉酸	臨床化学	茶SP				ECLIA法	3.89-26.8	3.89-26.8	ng/mL
PTH-インタ クト	臨床化学	茶SP				ECLIA法	10.3-65.9	10.3-65.9	pg/mL
CEA	臨床化学	茶SP				ECLIA法	≤5.0	≤5.0	ng/mL
AFP	臨床化学	茶SP				ECLIA法	≤7.0	≤7.0	ng/mL
CA19-9	臨床化学	茶SP				ECLIA法	≤37	≤37	U/mL
CA125	臨床化学	茶SP				ECLIA法	≤35	≤35	U/mL
SCC	臨床化学	茶SP				ECLIA法	0.6-2.5	0.6-2.5	ng/mL
LH	臨床化学	茶SP				ECLIA法	2.2-8.4	卵胞期 1.4-15 排卵期 8-100 黄体期 0.5-15 閉経後 11-50	mIU/mL
LH 負荷	臨床化学	茶SP				ECLIA法	*	*	mIU/mL
FSH	臨床化学	茶SP				ECLIA法	1.8-12	卵胞期 3-10 排卵期 5-24 黄体期 1.3-6.2 閉経後 26-120	mIU/mL
FSH 負荷	臨床化学	茶SP				ECLIA法	*	*	mIU/mL
プロラクチン	臨床化学	茶SP				ECLIA法	4.29-13.69	閉経前4.91-29.32 閉経後3.12-15.39	ng/mL
プロラクチン 負荷	臨床化学	茶SP				ECLIA法	*	*	ng/mL
IGF-1(ソマ トメジンC)	臨床化学	茶SP				ECLIA法	表3参照		ng/mL
ACTH	臨床化学	紫EN				朝空腹時安静臥 位採血 氷冷提出	ECLIA法	午前7時～10時 7.2～63.3	pg/mL
ACTH 日内	臨床化学	紫EN				氷冷して提出	ECLIA法	*	pg/mL
ACTH 負荷	臨床化学	紫EN				氷冷して提出	ECLIA法	*	pg/mL

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位
							(男)	(女)	
HBs抗原	臨床化学	茶SP	血清 右記のサンプル量にデッドボリューム最低350μL必要です。	90 0 0 20 0 0 50 0 0 30 0 0 10 0 0 0 100 50 10 20 30	1 1 2 日	CLEIA法	*	*	*
HBs抗原判定	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
HBs抗原定量	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<0.005	<0.005	IU/mL
HBs抗体	臨床化学	茶SP				CLEIA法	*	*	*
HBs抗体判定	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
HBs抗体定量	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<10.0	<10.0	mIU/mL
HBe抗原	臨床化学	茶SP				CLEIA法	*	*	*
HBe抗原判定	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
HBe抗原カットオフ値	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<1.0	<1.0	COI
HBe抗体	臨床化学	茶SP				CLEIA法	*	*	*
HBe抗体判定	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
HBe抗体抑制率	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<60	<60	%
HBc抗体	臨床化学	茶SP				CLEIA法	*	*	*
HBc抗体判定	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
HBc抗体カットオフ値	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<1.0	<1.0	COI
HCV抗体	臨床化学	茶SP				CLEIA法	*	*	*
HCV抗体判定	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
HCV抗体カットオフ値	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<1.0	<1.0	COI
HIV抗原・抗体	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
HTLV-1抗体	臨床化学	茶SP				CLEIA法	(-)	(-)	*
KL-6	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<500	<500	U/mL
PIVKA-II	臨床化学	茶SP				CLEIA法	<40	<40	mAU/ml
BNP	臨床化学	紫EN			氷冷して提出	CLEIA法	≤18.4	≤18.4	pg/mL

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位	
							(男)	(女)		
リウマチ因子	臨床化学	茶SP	血清最低 500 μL	1~2日		ラテックス凝集法	≤15	≤15	IU/mL	
プレアルブミン	臨床化学	茶SP				免疫比濁法	23~42	22~34	mg/dL	
β2MG	臨床化学	茶SP				ラテックス免疫比濁法	≤2.0	≤2.0	mg/L	
CH50	臨床化学	茶SP			採血後即時提出	リポゾーム免疫測定法	31.6~57.6	31.6~57.6	U/mL	
GA	臨床化学	茶SP				酵素法	11~16	11~16	%	
Zn	臨床化学	茶SP				5-Br-PAPS直接法	80~130	80~130	μg/dL	
IgG	臨床化学	茶SP				免疫比濁法	861~1747	861~1747	mg/dL	
IgA	臨床化学	茶SP				免疫比濁法	93~393	93~393	mg/dL	
IgM	臨床化学	茶SP				免疫比濁法	33~183	50~269	mg/dL	
C3	臨床化学	茶SP				免疫比濁法	73~138	73~138	mg/dL	
C4	臨床化学	茶SP				免疫比濁法	11~31	11~31	mg/dL	
LRG	臨床化学	茶SP				ラテックス凝集免疫法	<16.0 (カットオフ値)	<16.0 (カットオフ値)	μg/mL	
TPLA定性	臨床化学	茶SP★				ラテックス免疫比濁法	(-)	(-)	*	
RPR定性	臨床化学	茶SP★				ラテックス免疫比濁法	(-)	(-)	*	
RPR法定量	臨床化学	茶SP★	血清最低 500 μL	1~2日		ラテックス免疫比濁法	<1.0	<1.0	R.U.	
TPLA法定量	臨床化学	茶SP★				ラテックス免疫比濁法	0.5未満 0.5以上~1.0未満 1.0以上	陰性 判定保留 陽性	COI	
エンドトキシン定量	臨床化学	赤エβ:エンドトキニ, βDグルカノ	全血3mL	1~2日	氷冷して提出	比濁時間分析法	<3	<3	pg/mL	
β-Dグルカン	臨床化学	赤エβ:エンドトキニ, βDグルカノ	全血3mL	1~2日	氷冷して提出	比濁時間分析法	<11	<11	pg/mL	
クリオグロブリン	臨床化学	水PS:水色PS ゴム栓	全血2mL	7日	採血後即時提出	目視法	(-)	(-)	*	
CCr 血液Cr	臨床化学	茶SP	血清最低 200 μL 尿500 μL	1~2日	24時間CCr検査有り	酵素法	*	*	mg/dL	
CCr 尿Cr	臨床化学	アシスト管			24時間CCr検査有り	酵素法	*	*	mg/dL	
24CCr I/日	臨床化学	茶SP				酵素法	*	*	L/day	
24CCr ml/分	臨床化学	茶SP				酵素法	*	*	mL/min	
蛋白/蓄尿	臨床化学	アシスト管	最低500 μL	1 2 日、 平 日 1 5 時 ま で に 到 着 分 は 当 日 報 告		ピロガロールレッド法	*	*	mg/dL	
1日尿蛋白	臨床化学	アシスト管				ピロガロールレッド法	31.2~120.0	31.2~120.0	mg/day	
Ca/蓄尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	100~200 mg/day	100~200 mg/day	mg/dL	
Amy/蓄尿	臨床化学	アシスト管				JSCC標準化対応法	*	*	U/L	
糖/蓄尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL	
1日尿糖	臨床化学	アシスト管				酵素法	30~130	30~130	mg/day	
UN/蓄尿	臨床化学	アシスト管				GLDH/ICDH消去法	6.5~13 g/day	6.5~13 g/day	mg/dL	
Cr/蓄尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	0.5~1.5 g/day	0.5~1.5 g/day	mg/dL	
UA/蓄尿	臨床化学	アシスト管				ウリカーゼPOD法	0.4~0.8 g/day	0.4~0.8 g/day	mg/dL	
IP/蓄尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	400~800 mg/day	400~800 mg/day	mg/dL	
Mg/蓄尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	50~200 mg/day	50~200 mg/day	mg/dL	
Na/K蓄尿	臨床化学	アシスト管	最低500 μL			ISE法	*	*	*	
Na/蓄尿	臨床化学	アシスト管				ISE法	125~250 mmol/L/day	125~250 mmol/L/day	mmol/L	
K/蓄尿	臨床化学	アシスト管				ISE法	50~100 mmol/L/day	50~100 mmol/L/day	mmol/L	
Cl/蓄尿	臨床化学	アシスト管				ISE法	70~250 mmol/L/day	70~250 mmol/L/day	mmol/L	

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位
							(男)	(女)	
微量Alb／ 蓄尿	臨床化学	アシスト管	最低500 μL	1～2日		免疫比濁法	*	*	mg/L
NAG／ 蓄尿	臨床化学	アシスト管				MPT-NAG基質法	*	*	IU/L
β2MG／ 蓄尿	臨床化学	アシスト管				ラテックス免疫比濁法	≤0.37 mg/day	≤0.37 mg/day	mg/L
蛋白／隨尿	臨床化学	アシスト管	最低500 μL	1～2日 、 平日 15時 までに 到着 分は 當日 報告		ピロガロールレッド法	*	*	mg/dL
蛋白／ 隨尿・Cr値	臨床化学	アシスト管				計算式	*	*	g/g Cr
クレアチニ ン隨尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
Ca／隨尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
Amy／隨尿	臨床化学	アシスト管				JSCC標準化対応法	16-491	21-447	U/L
糖／隨尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	2-20	2-20	mg/dL
尿糖 負荷	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
尿糖測定 日負	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
UN／隨尿	臨床化学	アシスト管				GLDH/ICDH消去法	*	*	mg/dL
Cr負荷尿 負荷	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
UA／隨尿	臨床化学	アシスト管				ウリカーゼPOD法	*	*	mg/dL
IP／隨尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
IP負荷尿 負荷	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
Mg／隨尿	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
Na／隨尿	臨床化学	アシスト管	最低500 μL	1～2日		ISE法	*	*	mmol/L
K／隨尿	臨床化学	アシスト管				ISE法	*	*	mmol/L
Cl 隨尿	臨床化学	アシスト管				ISE法	*	*	mmol/L
微量Alb／ 隨尿	臨床化学	アシスト管	最低500 μL	1～2日		免疫比濁法	*	*	mg/L
アルブミン 指数	臨床化学	アシスト管				計算式	<30	<30	mg/g Cr
NAG／ 隨尿	臨床化学	アシスト管				MPT-NAG基質法	≤11.5	≤11.5	IU/L
β2MG／ 隨尿	臨床化学	アシスト管				ラテックス免疫比濁法	≤0.25	≤0.25	mg/L

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位
							(男)	(女)	
蛋白／髄液	臨床化学	アシスト管	最低500 μL	1 2 日、平 日 は 当 日 報 告 ま で に		ピロガロールレッド法	8-43	8-43	mg/dL
Glu／髄液	臨床化学	アシスト管				酵素法	50-75	50-75	mg/dL
LD-IFCC／髄液	臨床化学	アシスト管				IFCC法	*	*	U/L
Na/K 髄液	臨床化学	アシスト管				ISE法	*	*	*
Na／髄液	臨床化学	アシスト管				ISE法	130-150	130-150	mmol/L
K／髄液	臨床化学	アシスト管				ISE法	2.5-3.5	2.5-3.5	mmol/L
Cl／髄液	臨床化学	アシスト管	最低300 μL	1 2 日、平 日 は 当 日 報 告 ま で に		ISE法	120-125	120-125	mmol/L
蛋白／胸水	臨床化学	アシスト管				ピロガロールレッド法	*	*	mg/dL
T-Bil／胸水	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
D-Bil／胸水	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
LD-IFCC／胸水	臨床化学	アシスト管				IFCC法	*	*	U/L
Amy／胸水	臨床化学	アシスト管				JSCC標準化対応法	*	*	U/L
TG／胸水	臨床化学	アシスト管				酵素比色法	*	*	mg/dL
Glu／胸水	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
CA19-9／胸水	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	1 2 日、平 日 は 当 日 報 告 ま で に		ECLIA法	*	*	U/mL
CA125／胸水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	U/mL
CEA／胸水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
AFP／胸水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
SCC／胸水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
フェリチン／胸水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
CYFRA／胸水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
蛋白／腹水	臨床化学	アシスト管				ピロガロールレッド法	*	*	mg/dL
Alb／腹水	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	1 2 日、平 日 は 当 日 報 告 ま で に		改良BCP法	*	*	g/dL
T-Bil／腹水	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
D-Bil／腹水	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
LD-IFCC／腹水	臨床化学	アシスト管				IFCC法	*	*	U/L
Amy／腹水	臨床化学	アシスト管				JSCC標準化対応法	*	*	U/L
TG／腹水	臨床化学	アシスト管				酵素比色法	*	*	mg/dL
Glu／腹水	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位
							(男)	(女)	
CA19-9 ／腹水	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	1 ↓ 2 日		ECLIA法	*	*	U/mL
CA125／ 腹水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	U/mL
CEA／腹水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
AFP／腹水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
SCC／ 腹水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
フェリチン／ 腹水	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
蛋白／ 関節液	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	1 ↓ 2 日		ピロガロールレッド法	*	*	mg/dL
Glu／ 関節液	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
LD-IFCC ／羊水	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	1 ↓ 2 日 、 平 日		IFCC法	*	*	U/L
Glu／羊水	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
蛋白／他材	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	当 日 1 ↓ 5 時 報 告 ま で に 到 着 分 は		ピロガロールレッド法	*	*	mg/dL
T-Bil／ 他材	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
D-Bil／ 他材	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
LD-IFCC ／他材	臨床化学	アシスト管				IFCC法	*	*	U/L
Amy／他材	臨床化学	アシスト管				JSCC標準化対応法	*	*	U/L
TG／他材	臨床化学	アシスト管				酵素比色法	*	*	mg/dL
Glu／他材	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL

項目名称	検査室	容器名称	検体量	所要日数	注意事項	測定方法	基準値範囲		単位
							(男)	(女)	
CA19-9 ／他材	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	1 ↓ 2 日		ECLIA法	*	*	U/mL
CA125／ 他材	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	U/mL
CEA／ 他材	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
AFP／ 他材	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
SCC／ 他材	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
フェリチン／ 他材	臨床化学	アシスト管				ECLIA法	*	*	ng/mL
AST／ 他材	臨床化学	アシスト管	最低1000 μL	1 ↓ 2 日 、 平 日 當 日 1 5 時 報 告 ま で に 到 着 分 は		JSCC標準化対応法	*	*	U/L
ALT／他材	臨床化学	アシスト管				JSCC標準化対応法	*	*	U/L
CK／他材	臨床化学	アシスト管				JSCC標準化対応法	*	*	U/L
UN／他材	臨床化学	アシスト管				GLDH/ICDH消去法	*	*	mg/dL
Cr／他材	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
Ca／他材	臨床化学	アシスト管				酵素法	*	*	mg/dL
CRP定量／ 他材	臨床化学	アシスト管				ラテックス比濁法	*	*	mg/dL
Alb／他材	臨床化学	アシスト管				改良BCP法	*	*	g/dL
HBVDNA 定量 リアルPCR	遺伝子	赤核酸:赤栓核酸検査用8mL 管	5000	7日	検体提出は 臨床化学検査室 へ	リアルタイムPCR法	検出せず	検出せず	LogIU/ mL